

Prüfbericht 15148.prb

ElektroMagnetische Verträglichkeit

Gerät: Lipo Lomo V15/1

Hersteller: R & E Stricker Reha-Entwicklungen GmbH
Klotzbergstraße 64
77815 Bühl

Auftraggeber: R & E Stricker Reha-Entwicklungen GmbH
Klotzbergstraße 64
77815 Bühl

Prüfinstitut: CONFORMITAS Ing.-Büro Dr. Metzger
Am Tränkwald 22
67688 Rodenbach


Prüfort: EMV-Prüfzentrum Rodenbach
Am Tränkwald 22
67688 Rodenbach

Prüfspezifikationen:

DIN EN 55011 A (11/2014)	DIN EN 61000-4-2 (12/2009)
	DIN EN 61000-4-3 (04/2011)

Prüfanforderung: EN 12184 (05/2014)
EN 60601-1-2 (12/2007)

BESTANDEN


(Leiter des Prüflabors)


(Prüfer)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vom Auftraggeber überlassenen Prüfgegenstände.
Dieser Prüfbericht darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Prüflabors des CONFORMITAS Ingenieurbüro Dr. Metzger nicht auszugsweise vervielfältigt werden.